

单一来源采购方式专业人员论证意见


专业人员信息	姓名：吴景翠	
	职称：	
	工作单位：当涂县妇幼保健计划生育服务中心	
项目信息	项目名称：含山县人民医院飞利浦 64 排 CT 维保服务项目	
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司。	
专业人员论证意见	<p>飞利浦64排CT设备的核心技术具有专利保护和专有性，其技术参数、接口协议、软件授权均不公开，第三方无法获得。更换非原厂配件或由非原厂商维修，会导致设备图像质量无法保证，设备性能下降甚至引发故障。根据《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款“只能从唯一供应商采购”和第三款“必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商采购”。故含山县人民医院飞利浦64排CT维保服务项目拟采购飞利浦</p>	
专业人员签字	吴景翠	日期 2025年12月5日

注：本表格中的专业人员论证意见由专业人员手工填写。

代向飞利浦  
中国投资有限公司  
采购



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：张学华	
	职称：	
	工作单位：当涂县财政局	
项目信息	项目名称：含山县人民医院飞利浦 64 排 CT 维保服务项目	
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司。	
专业人员论证意见	<p>飞利浦 64 排 CT 设备核心技术具有独特性与专业性，第三方无法获取其技术参数。原厂设备与配件唯一，不能从其他渠道获取。为了设备的成本与风险控制，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商采购”和第三款“必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的完好，需要继续从原供应商采购”。含山县人民医院飞利浦 64 排 CT 维保服务项目，拟采用单一来源方式向飞利浦（中国）投资有限公司进行采购。</p>	
专业人员签字		日期 2025 年 12 月 5 日

注：本表格中的专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘尚华	
	职称：高级讲师	
	工作单位：马鞍山师范高等专科学校	
项目信息	项目名称：含山县人民医院飞利浦 64 排 CT 维保服务项目	
	供应商名称：飞利浦（中国）投资有限公司。	
专业人员论证意见	<p>“含山县人民医院飞利浦 64 排 CT 维保服务项目”要求：定期保养、故障排除、更换原厂配件、软件升级等确保机器正常运行的一切服务。</p> <p>1. PHILIPS CT 设备的球管、探测器、图像软件具有专利保护与专有性，其技术参数接口更改、软件授权均不公开，非原厂供应商供货不能保证设备正常运行。2. 维护保养的高专业性，决定了只有原厂维护团队、原厂技术才能确保维护质量与图像质量程度。</p> <p>综上，依据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定，含山县人民医院飞利浦 64 排 CT 维保项目，拟采用单一来源方式向飞利浦（中国）投资有限公司进行采购。</p>	
专业人员签字	刘尚华	日期 2025 年 12 月 5 日

注：本表格中的专业人员论证意见由专业人员手工填写。

