


单一来源采购方式专业人员论证意见



专业人员 信 息	姓名: 朱飞	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 马鞍山职业技术学院	
项目信息	项目名称: 含山县人民医院飞利浦 DR 球管采购	
	供应商名称: 合肥医之美医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>1. 本次采购项目为医院飞利浦 DR 球管, 该设备核心配件球管属于部件, 为进口产品, 只能单独匹配飞利浦各类设备, 其他品牌球管均不能与现有设备配套使用, 影响检测结果的准确性, 和设备的注册证不相匹配。</p> <p>2. 合肥医之美医疗器械有限公司是飞利浦(中国)投资有限公司在马鞍山地区唯一合法授权售后服务代理商。</p>	
专业人员 签 字	<p>3. 综上所述, 根据《中华人民共和国采购法》</p> <p style="text-align: center;">朱飞</p>	<p>日期 2026年3月16日</p>

第三十一条的规定“只能从唯一供应商处采购”
建议此项目采用单一来源方式采购

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名： 阳新红	
	职称： 副高	
	工作单位： 马鞍山长江医院	
项目信息	项目名称： 含山县人民医院飞利浦 DR 球管采购	
	供应商名称： 合肥医之美医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>含山县人民医院飞利浦 Digital Diagnost Dual Detector 设备的核心部件球管，球管系二类医疗器械，实行医疗器械注册证制度。根据国家《医疗器械注册管理办法》(2014新版)第四十九条规定，非同一品牌型号器械不相容。飞利浦(中国)投资有限公司作为本项目所涉设备在中国境内唯一合法注册代理人，且有飞利浦(中国)投资有限公司才能确保供货合法、合规的全部备件，具有不可替代性和唯一性。合肥医之美医疗器械有限公司是飞利浦(中国)投资有限公司在马鞍山市地区唯一合法授权售后服务代理商。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的相关规定，建议该项目采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员 签 字		日期 2026年3月16日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信 息	姓名: 	
	职称: 助理工程师	
	工作单位: 马鞍山市中医院	
项目信息	项目名称: 含山县人民医院飞利浦 DR 球管采购	
	供应商名称: 合肥医之美医疗器械有限公司	
专业人员 论证意见	<p>此次申请采购的配件球管为DR设备的核心配件,非同品牌配件无法与现有DR设备配套使用,具有唯一性。合肥医之美医疗器械有限公司是飞利浦(中国)投资有限公司在马鞍山市唯一合法授权。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款相关规定。建议采用单一来源方式采购。</p>	
专业人员 签 字		日期 2026年3月16日

单一来源论证意见



1. 本次拟采购的货物为含山县人民医院飞利浦 DigitalDiagnost Dual Detector 设备的核心配件球管，球管系二类医疗器械，实行的医疗器械注册证制度，根据国家《医疗器械注册管理办法》（2014新版）第四十九条规定，非同一品牌型号器械不仅不能与现有设备配套相容，且影响现有医疗器械注册证的有效性和合法性。

2. 飞利浦（中国）投资有限公司作为本项目所涉设备在中国境内唯一合法注册代理人，只有飞利浦（中国）投资有限公司才能确保提供合法、合规的全新备件，具有不可替代性和唯一性。

3. 合肥医之美医疗器械有限公司是飞利浦（中国）投资有限公司在马鞍山地区（包括含山县人民医院）的唯一合法授权售后服务代理商；

综上所述，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款情形“只能从唯一供应商处采购的”的相关规定，论证小组建议本项目采用单一来源采购方式，从合肥医之美医疗器械有限公司采购。

论证小组：



时间：2026年3月16日